

・不休業事故・災害

20015F 技術・教室系職員(男性:43 歳);自転車で林道を走行中、枯れ木が前輪に挟まって転倒し、両手の掌を打撲した。

20017F 学部学生4年(男性:21 歳);不活性雰囲気下での実験準備としてガラス器具(シュレンク管)とゴム管を接続していた際にガラス器具が破損し、ガラス片で左手中指に切創を負った。

・ヒヤリハット。人的被害と物的被害なし

20018H M2 院生(女性:24 歳);液体窒素の汲み出し(タンク3つ)を行っていたところ、3つ目のタンクに汲み出しをしようとした時に酸素濃度計のアラームが鳴った。通常は開放されているべき窓を閉めたまま作業を行っていた。

・人的被害なし、設備災害でない有害物(臭)流出あり

20016N1 液体窒素の供給を制御する電磁弁の異常によりタンクへの供給が自動停止せず、液体窒素が流出。アラームが発報し、タンクの下床パネルにひび割れが発生した。

以上 教養学部等環境安全管理室