

・休業4日以上

**20187I** 医療・看護系職員(女性:45歳);座席で執務中、椅子のキャスターにワゴンが接触、体勢を崩した際腰痛を発症した。(休業14日)

・休業4日未満

**20189M** 補佐員(女性:58歳);歩行中に舗装面の段差に気づかず躓き転倒した。(休業2日)

・不休業事故・災害

**20175F** 助教(女性:32歳);検体の切り出し中、ナイフで検体を押さえる左手母指のひらに切創を負った。

**20176F** 学部学生5年(女性:23歳);検体を固定台から取り外す際、刃に小指が当たり、指側面を切った。

**20177F** D1院生(女性:40歳);木材の上でバランスを崩し転倒し、右手指の打撲等を負った。

**20178F** 院生(男性:32歳);カテーテル検査中、ハンドグリップが落下し第五趾にあたり打撲を負った。

**20182F** M1院生(女性:23歳);キャップがついた状態のまま注射針をシリンジにつけ、シリンジを左手で持ち、右手でキャップを外そうとした際、キャップが予想より固く締まっており、力を入れて引き抜いたはずみに右手中指に刺した。

・通勤災害

**20181J** 事務・図書系職員(女性:43歳);道路のくぼみに躓いて足をひねり、左足小指を骨折した。

**20185J** 准教授(男性:54歳);ビニールシートに隠れた穴に足をとられて転倒した。

**20186J** 補佐員(女性:37歳);信号のない横断歩道を渡る際、自転車に衝突され転倒し、両膝と左肘に打撲と擦過傷を負った。

**20188J** 医療・看護系職員(女性:36歳);すれ違いざま方向転換した相手と足がひっかかり転倒、膝に打撲を負った。

人的被害なし、設備災害でない小火あり

**20180Nf** 実験試料を加熱中に器具が焦げ付き臭いが部屋内に充満した。部屋にいた実験者が異常な匂いに気づき、すぐに電磁調理器を止めたために重大な事故につながることは無かった。

**20183Nf** 卓上フード内の装置にて反応を終了した際、冷却水循環装置および光照射装置の両方を停止すべきところ、光照射装置のスイッチを消し忘れた。その後、当該実験装置近傍で洗い物をしている際、光反応装置周辺で出火したことに気づき、すぐさま廊下に置かれていた粉末消火器で消火を行い、10秒以内に鎮火した。

人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

**20184Nd** 敷地内運転中に操作を誤り柱にぶつけた。

人的被害なし、設備災害でない有害物(臭)流出あり

**20179Ni** 測定装置のケーブルが経年劣化によりショートし異臭が発生した。

以上 教養学部等環境安全管理室