

・休業4日未満

**20205M** 教室・技術系職員(男性:55歳);机を運搬中、階段で足を踏み外し、床に左ひざを打ち付けた。(休業2日)

・不休業事故・災害

**20193F** M2院生(男性:25歳);装置の洗浄で使用したテトラヒドロフランが飛び散り、右眼に入った。

**20194F** 特任教員(男性:32歳)、D2院生(男性:30歳);加熱した実験容器から、漏斗したアンモニアを吸引した。

**20196F** D3院生(男性:27歳);立ち上がる際に、開けたままであった装置の扉に頭をぶつけ裂傷を負った。

**20197F** 研究員等(男性:32歳)、研究員等(女性:27歳);患畜(猫)を診察台に移す際に脱走し、捕獲する際に、男性が両手を引っかかれ、女性が右足首を噛まれた。

**20198F** 研究員等(男性:30歳);患畜(犬)の処置後ケージに戻す際に暴れて、右手を噛まれた。

**20201F** 事務・図書系職員(女性:59歳);エレベーターホールにて、出入り口に向かう際に、耐震補強筋交い柱に頭を強打し、切創、そのまま転倒した。

**20202F** D1院生(女性:28歳);マイクロームにサンプルを固定しようとした際、刃に触れ、親指に切創を負った。

**20206F** 事務・図書系職員(女性:60歳)施設を閉館後、見回り中に階段を踏み外し、右手首を骨折した。

**20209F** 教授(男性:61歳)実験室にて、10kg超の真空フランジを持って階段を上がろうとした際に、膝に痛みを感じた。

・通勤災害

**20190J** 医療・看護系職員(女性:49歳);駅構内を歩行中、バランスを崩して足を捻り右足首骨折(休業1日)

**20208J** 准教授(男性:59歳);出勤途中、電車のドアの戸袋に右手が挟まり創傷を負った。

・ヒヤリハット。人的被害と物的被害なし

**20192H** 電気炉3台の使用により部屋の温度が上昇し、火災報知器が作動した。

**20207H** 構内の歩道を歩行中、スピードを出していた自転車と接触されそうになった。

・人的被害なし、設備災害でない小火あり

**20203Nf** ディープフリーザーが稼働していないことに気付き、異常の原因を調査する過程で、配電ボックスを開けたところ、電源プラグと差込コンセントが溶融、炭化していた。

・人的被害なし、設備災害でない有害物(臭)流出あり

**20195Ni** XeF<sub>2</sub> ガスによりエッチング装置が導入され、試運転を行った際に、フッ素系の残ガスが出るが、クリーンルームの酸排気系統は屋上で湿式スクラバー処理されるので、吸着塔無しで接続しても良いかと思いい、排気管をそのまま排気系統に接続したところ、フッ素系の残ガスにより、塩素ガスの警報が発報した。

人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

**20191Nd** 公道で、公用車を運転中、電柱に衝突し、左前方部がへこんだ。

**20204Nd** 山地における積雪深を計測するため、ドローンにて撮影中、操作できなくなり、墜落した。

・その他

**20200S** 運送業者が建物前に駐車していたタクシーの前方に駐車しようと車両を寄せたところ、タクシーと接触した。