

2022年2月全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(要約)

・不休業事故・災害

- 21216F** 事務補佐員(女性:57歳);ウェッジヒールの靴で階段を急いで降りていたところ、踏み外し10段ほど転落。左足首骨折、右手人差し靭帯断裂を負った。
- 21224F** 医療・看護系管理職員(女性:53歳);退勤途中、歩いていた駐車場面のコンクリートが崩れており、その段差に躓いて転倒。左手を骨折した。
- 21234F** M1院生(男性:22歳);雨天時に自転車で走行中、道路の側溝の上(金属製)で滑って転倒した。
- 21240F** 補佐員(女性:51歳);スニーカー履きで建物間の移動時に、凍結した地面で転倒し腰を打撲した。
- 21244F** 医療・看護系職員(女性:27歳);アンプル断面にセロハンテープを貼る等の安全措置をしないで棚にしまおうとした際、カット断面で右手人差し指を切った。4針縫合。
- 21245F** 助教(男性:31歳);階段の段差を踏み外し、左足首の靭帯を損傷した。50cm四方の箱とノートPCを持っていたため足下が見えにくかった。
- 21246F** 補佐員(女性:59歳);廃棄する培地をネジロビンに入れてオートクレーブした後、蓋を開けて中に水を入れた時に、培地が突沸してはねて、額に火傷を負った。

・通勤災害

- 21211J** 特任研究員(男性:25歳);通勤時に自転車で走行中、停車しているバスの左側を通り抜けようとして、バランスを崩し、バスと接触した。
- 21217J** 講師(男性:51歳);退勤時に自転車で走行中、路面の排水不良箇所の凍結に気付かずに転倒し、右大腿骨を骨折した。(休業30日)
- 21225J** 図書・事務系職員(女性:55歳);通勤時に、凍結した下り坂で転倒し、右手首を骨折した。
- 21226J** 教授(男性:62歳);通勤時に、凍結した路面で転倒し、腰を打撲した。
- 21230J** 特任助教(男性:37歳);出勤途中、自転車で右折時に路面の凍結箇所で前輪がスリップし転倒、左腕を骨折した。(休業7日)
- 21231J** 研究員等(男性:37歳);自転車で通勤時に、青信号で横断歩道を走行中、左折してきた自動車と接触して転倒、右足にひびが入った。
- 21233J** 事務・図書系職員(男性:50歳);退勤時に、雪が積もった坂道で転倒し右手首を骨折した。(休業5日)
- 21242J** 補佐員(女性:54歳);スニーカーでの通勤時に、凍結した路面で転倒して後頭部を打った。
- 21243J** M1院生(男性:22歳);自転車で通学時、車道から歩道への段差を上る際にスリップして転倒した。

・その他

- 21218S** 派遣職員(男性:50歳);雨天時に、要支援者が被災者(支援者)の右ひじにつかまりながら、二人で歩行中、支援者が敷石で滑り転倒し左足首を骨折した。

・人的被害なし、設備災害でない小火あり

- 21199Nf** ドラフト内でオイルバスのオイル交換時に、一旦バスから出したままの投げ込みヒーターの電源を入れてしまい、その熱で近くにあったヘキサン洗瓶が溶け、ヘキサンに引火した。

・人的被害なし、設備災害でない破裂あり

- 21205Nb** 30本ほどのスクリーキャップ試験管に試料を入れオープン内で酸化反応実験を行っていたところ、試験官の内圧が上昇し多くの試験管が破裂した。

・人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

- 21223Nd** 自動車を駐車スペースに入れる際に、縁石にバンパーをぶつけた。
- 21227Nd** ゼミ室の音響機器(パワーアンプ)の部品が発熱で溶けて、異臭が発生した。

21228Nd 壁の差込コンセントに接続していた電源タップが抜けていたため、差し込んでヒーターを使おうとした所、電源タップのプラグの樹脂部分が溶けて焦げていることに気づいた。

21229Nd 夜間に、装置の冷却用ホースの固定箇所が経年劣化で緩んで外れ、水漏れで部屋が浸水した。

21235Nd 高電圧電源を使用した実験を行っている際に、電源を下げようとして、誤って上がる方向につまみを回してしまい、放電が生じてその電磁ノイズで PC や冷凍庫等の機器に不具合が出た。

・ 人的被害なし、設備災害でない有害物（臭）流出あり

21232Ni 廃液を排出するため、廃液タンクを台車にのせて移動中、タンクが台車より落下し、廃液が路面にこぼれた。

以上 教養学部等環境安全管理室