

## 2023年5月全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(要約)

### ・休業4日以上

**22327I** 栄養士(女性:27歳);手動扉を開けた際に、顔面(右眼付近)をぶつけ打撲した。(休業14日)

### ・不休業事故・災害

**22320F** 教授(男性:42歳);研究室で書類を整理中に、重い荷物(10kg以上)を両手で持った際に、右手を机にぶつけ、小指を骨折した。

**22323F** 特任助教(男性:30歳);実験器具を運搬中、実験室出入口に多数並んでいた靴を踏んで足を捻り、中足骨を骨折した。

**22325F** D3院生(男性:26歳);NMR装置用スピナーにガラス製試料管を挿入したところ、試料管が折れて指に刺さり、内容物(テトラクロロエタンと溶解したポリエチレン)が傷口にかかった。

**22328F** 看護師(女性:27歳);備品カートを押していた業者の前方不注意により、カートと衝突して右眼を打撲した。

**23004F** M2院生(男性:23歳);加熱攪拌装置の上に氷浴を設置して作動させていたところ、水が溢れて装置内部に侵入。電源を再投入した後、装置の側面に両手を触れた際に感電した。

**23005F** 准教授(男性:38歳);段ボールを抱えて階段を下りていたところ、最後の1段を踏み外して左足を痛めた。

**23006F** 技術職員(女性:64歳);生垣剪定用刈り払い機を片付けるために持ち上げようとしたところ、エンジンが完全に停止しておらず、刃が動いて左手人差し指と中指に切創を負った。

**23007F** 特任専門職員(男性:28歳);ステンレス板を手で押さえてボール盤で穴を開けようとしたところ、ドリルとともに板が回転し、左手親指に切創を負った。

**23010F** 学部学生3年(女性:21歳);ガラス細工の学生実習中、ガスバーナーで熱したガラス管を触ってしまい、右手指にやけどを負った。

**23014F** 派遣職員(女性:41歳);ドアを開ける際に稼働中の掃除ロボットに気を取られ、ドアと床の隙間に左足中指をはさみ、切創を負った。

**23017F** 助教(男性:61歳);深海生物採集の漁船の揺れがひどく、甲板に這いつくばって漁獲物の選別作業をしたところ腰を痛めた。

**23018F** 特任研究員(女性:32歳);ケージ内の患畜(猫)をなでていたところ、突然あばれて両手の甲を咬まれた。

### ・通勤災害

**22309J** M2院生(女性:24歳);通学時、交差点を自転車で走行中、後輪に自動車が衝突して転倒した。

### ・ヒヤリハット

**22326H** 実験室の酸素濃度警報器が誤動作により発報した。(4か月前には警報機の定期点検を実施していた)

**23015H** 恒温槽の故障により漏電が発生した。

### ・その他

**23011S** 研究員等(女性:77歳);消毒用エタノールを一斗缶から霧吹きに移し替える作業中に、手がすべり霧吹きが落下。衝撃で液体が吹き上がり(保護めがねをしていたが)眼に入った。

**23012S** M1院生(男性:22歳);飲酒により酩酊状態となって救急搬送された。

### ・人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

**22321Nd** 乗用草刈り機で作業中、機体を旋回した際に木製支柱と接触し破損させた。

**22324Nd** 公用車で林道を走行中、路面残雪によりハンドルをとられ除雪でできた雪の山に衝突。飛び出て

いた枝が車体に刺さり、バンパーとウインドウオツツシャー液タンクが破損した。

**23001Nd** 水槽用のLED蛍光灯が消えていたため確認したところ、ショートによってソケット周辺が黒く溶解していた。

**23002Nd** (構外)公用車で駐車場から出る際に、幅の狭い市道に駐車していた車と接触した。

**23016Nd** 吊り下げていた紐が切れたため額が落下。ガラス製カバーが破損し飛散した。

・人的被害なし、設備災害でない有害物（臭）流出あり

**23003NI** 100Lの液体窒素容器を運搬中、スロープを登ろうとして容器上部に過度に力を加えたため容器が転倒。窒素が多少噴出した。

以上 教養学部等環境安全管理室