

## 2021年1月全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(要約)

## ・休業4日未満

**20131M** 事務・図書系職員(女性:53歳);帰宅途中、構内の縁石につまずき転倒、左手首を骨折した。(休業2日)

**20135M** M2院生(男性:23歳);右手指先が金属の押さえに挟まって爪がはがれ出血した。(休業1日)

## ・不休業事故・災害

**20132F** 准教授(男性:57歳);車を運転中、駐車場へ入る際に左側面とガードレールが接触した。

**20133F** 特任教員(男性:32歳);車を運転中、柵に助手席側をぶつけた。

**20134F** 学部学生4年(男性:22歳);構内の圃場において、保護手袋をせず剪定鋏を使って桑の枝を切っていたところ、誤って指を切る怪我をした。

**20136F** D1院生(男性:25歳);レーザー光の光軸調整時、光学定盤上に置かれていたミラーを持ち上げた際、ミラー表面で反射したレーザー光が他の人の目に入った。

**20138F** 学部学生3年(女性:21歳);機械加工の演習中に固定用のバイスが落下しすねにぶつかった。

**20141F** 特任研究員(女性:35歳);解剖中、ご遺体をメスで切開している時に誤って自分の左手指を切った。

**20143F** M2院生(男性:24歳);使用済みのスプレー缶をカッターで穴を開ける作業をしている際、誤って右の手首に切創を負った。

**20145F** 研究員等(男性:30歳);公用車運転中、凍結路面でスリップし縁石・壁に衝突した。

**20146F** M2院生(男性:24歳);フッ化水素酸を半導体基板洗浄の目的で薬品ボトルからビーカーに移し替える際に、フッ化水素酸がはねてズボンに付着した。

**20147F** M2院生(男性:24歳)、研究員等(男性:29歳);作業中に突然ガスボンベの接続配管が外れガスが漏洩した。

**20148F** M2院生(男性:23歳);清掃作業中に頭部を机の角に強打し切り傷ができた。

**20149F** 技術・教室系職員(男性:38歳);作業用車両運転中に別車両に接触した。

**20153F** 教授(男性:63歳);観測船に乗船中、大きな横揺れの衝撃でバランスを失い肋骨を強打した。

**20155F** 補佐員(男性:69歳);階段を下りている時に、脇見をし踏み外した際に膝を痛めた。

## ・通勤災害

**20130J** 事務・図書系職員(女性:59歳);構内を歩いていたところ、おそらく濡れた落ち葉か、潰れた銀杏の実のような何かに足を取られ転倒し左半身・左股関節を打撲した。

**20144J** 特任臨床医(男性:33歳);大学の門前にて自転車で走行中(通勤中)に、横から走行してきたワゴン車と衝突。その後救急外来受診、右ひざ打撲と診断された。

**20151J** 准教授(男性:37歳);自転車で帰宅途中に自転車と衝突し、左膝および顔を負傷した。(休業2日)

**20152J** 医療・看護系管理職員(女性:54歳);出勤で横断歩道を歩行中、自動車にはねられ腓骨骨折等を負った。(休業45日)

**20154J** 派遣職員(女性:53歳);青信号になってから横断歩道を渡っているときに、信号無視のタクシーに足の甲を轢かれた。(休業1日)

## ・ヒヤリハット。人的被害と物的被害なし

**20139H** ガスセンサーの交換時期を過ぎたまま使用したことによる故障で誤報を起こした。

## ・その他

**20142S** 出入り業者(男性:71歳);段差を降りる際に足を滑らせ転倒した。

**20150S** 外部業者(男性:38歳);構内の一角にカラーコーン、バーで区画された工事用地へ駐車する為、車を止め、降車後にカラーコーン、バーを開放しているとき、無人の車が動き出したことに気づいて、走って追いかけて、車の前に出て押さえようとしたが、車と壁の間に挟まった。(休業90日)

### 人的被害なし、設備災害でない小火あり

**20137Nf** 試作ロボットの動作試験を行っていた。電源を投入し、その後通信を開始したタイミングで、モータードライバの回路から発火（炎の高さ 10cm 程度）。消火器を使用して鎮火した。

**20140Nf** 縦型電気炉内にステンレス鋼製反応容器を設置し、その内部の Ti 坩堝中に無水塩化銀と金属イットリウムとチタン片を設置して、927 °Cまで昇温して置換反応により Y-Ag 合金と塩化イットリウムを合成する実験を行った際、急激な発熱により反応容器が溶解し多量の煙が発生した。

**20156Nf** 光電子分光システム内部の一部が経年劣化していて、動作中に爆発音及び煙が発生した。

### 人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

**20157Nd** 水槽の、使用していないサーモスタット付きヒーターのスイッチが入り、異常発熱で周辺機器のプラスチック部分を溶解した。

以上 教養学部等環境安全管理室