

2021年10月全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(要約)

・休業4日以上

**21142I** 補佐員(女性:21 歳);(構内の)道路の路面の凹凸に足をとられ、足を捻ってくじき、左足の腓骨を骨折した。(休業45日)

・休業4日未満

**21141M** 補佐員(女性:52 歳);構内を歩行中に足を滑らせ転倒し、壁にぶつかり左肘に擦過傷を負った。(休業1日)

**21148M** 技術・教室系職員(女性:48 歳);放牧場において、サラブレットを収牧する際に馬が暴れて引きずられ、右手、右足に裂傷を負った。(休業3日)

**21149M** 学術専門職員(女性:30 歳);非常階段下に自転車を止めようとした際、非常階段の鉄骨に頭部をぶつけた。(休業1日)

・不休業事故・災害

**21129F** 助教(男性:44 歳);兼業先から職場まで自転車で帰途中、転倒し顔面を打撲、鼻骨を骨折した。

**21130F** 届出研究員(男性:38 歳);操作の誤りで破損させた器具から噴出した薬品が体にかかり、首に化学熱傷を負った。

**21132F** 医療・看護系職員(女性:26 歳);患児の沐浴介助の際に手首を捻った。

**21133F** 医療・看護系職員(女性:64 歳);ロッカー室の清掃中、下段ロッカーを拭いて立ち上がる際に、開いていた上段ロッカー戸の角が、目の下にあたり切傷を負った。

**21135F** D1 院生(男性:24 歳);塩化アセチルの試薬瓶が割れたので、廃棄のためドラフト内で不活性化処理しようと、ピペットでエタノールを約 2ml 加えたところ、反応熱により一部が飛散、ゴーグルの隙間から、左目に入った。

**21136F** D1 院生(男性:27 歳);光学系実験の説明会で、説明者がレーザー光の光路を説明するためにプラスチックカードを光路に入れた所、そのカードに映ったビームを見て、被説明者が目に痛みを感じた。

**21138F** アルバイトスタッフ(女性:68 歳);階段から転落し、左腕を骨折した。

**21144F** 学部3年(男性:22 歳)構内の下り坂を自転車で走行中、ブレーキの操作ミスで前輪がロックし転倒、左肘を骨折した。

**21147F** 准教授(男性:56 歳);竹の間伐・竹割作業の指導を行っていたところ、右手首をハチに刺された。

**21150F** 学部3年(男性:22 歳);大学院入試終了後、学生室で行っていた飲み会で泥酔し、救急搬送された。

**21151F** 補佐員(女性:49 歳);刈り取った雑草を回収するため、保護手袋着用しようとしたところ、手袋内にいたムカデに指を噛まれた。

**21152F** D2 院生(男性:25 歳;)実験準備のために、真空チェンバーのフランジのボルトをレンチで締めようとした際に、レンチが外れ、顎にぶつかり切傷を負った。

**21153F** M2 院生(男性:25 歳;)自転車で登校途中、幅寄せしてきた乗用車を回避しようとして転倒し、左手を負傷した。

・通勤災害

**21127J** 研究員等(男性:28 歳);自転車で通勤途中、車道から歩道に戻る際に転倒し、腰を捻った。

**21143J** 特任助教(女性:54歳);自宅から駅まで歩行中に躓き転倒、左手を地面につき、骨折した。

**21145J** 助教(男性:37歳);自転車で通勤途中、濡れた路面でタイヤがスリップし、転倒した。

・ヒヤリハット。人的被害と物的被害なし

**21124H** 凍結乾燥機の電源ケーブルが、接続している(廊下の)ブレーカーボックス内で切れていた。

**21131H** 屋上の防水シートの不具合(恐らく経年劣化)により、廊下の吊り天井部より漏水。

**21137H** 実験室のガス警報器が発報(誤作動)した。

・その他

**21128S** 供血犬を連れて移動中に、犬が後ろから来ていた学外者(納品業者)の右手にかみついた。

・人的被害なし、設備災害でない機器・施設損傷あり

**21134Nd** 部屋の窓ガラスが粉々に割れた(原因不明)。

**21140Nd** 施設内で運搬車を運転中、運転を誤り建物壁と接触した。

・人的被害なし、設備災害でない有害物(臭)流出あり

**21125NI** 実験中に、ドラフト内の冷却管と外部のチラーを繋ぐホースが外れ漏水した。

**21126NI** 廃液タンクの運搬中、段差でタンクが台車から落ちて、廃液が路肩にこぼれた。

**21146NI** 塩酸入りガラス瓶とサンプル入りビーカーを両手に持って、廊下を移動する際に、ガラス瓶を落とし、瓶が割れて塩酸が流出し、床が傷ついた。

以上 教養学部等環境安全管理室